






Aos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização (NVEPI)
Com vistas aos serviços de vacinação do Distrito Federal

Assunto: Recomendações para reconstituição da vacina dengue (atenuada)

1. Em consonância com a Nota Técnica N.º 8/2024 - SES/SVS/DIVEP/GRF (132690497) e memorando Circular Nº 15/2024 - SES/SVS/DIVEP/GRF (133993086) seguem orientações a cerca das apresentações da vacina dengue atenuada distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações.

Quadro 1. Comparativo Vacina Dengue (atenuada) - Laboratório Fornecedor Takeda Pharma


Apresentação	Reconstituição	Seringas e agulhas	Imagem
Frasco ampola com pó liofilizado+ frasco-ampola com 0,5 ml de diluente	 <p>Frasco-ampola do diluente</p> <ol style="list-style-type: none">1. Remova os lacres de proteção de ambos os frascos-ampolas (diluente e liófilo) e limpe a superfície das tampas de borracha no topo dos frascos utilizando algodão seco.2. Considerar na imagem - Frasco 1 (liófilo)/Frasco2 (diluente).3. Insira o conjunto de seringa 3ml/agulha 25x7 no frasco-ampola contendo o diluente (frasco 2).4. Pressione lentamente o êmbolo completamente para baixo. Vire o frasco de cabeça para baixo, retire todo o conteúdo do frasco e continue a puxar o êmbolo até 0,75 mL. Uma bolha deve ser vista dentro da seringa.5. Inverta a seringa para fazer com que a bolha retorne para o êmbolo.	Seringa 3mL/agulha 25x7 dec/mm para reconstituição Seringa 1mL/agulha 13x4,5 dec/mm para administração	
	<ol style="list-style-type: none">6. Insira o diluente no frasco ampola contendo o liófilo (frasco 1).7. Direcione o fluxo do diluente para lateral do frasco, e não em direção ao liófilo.8. Pressione o êmbolo lentamente para reduzir a chance de formação de		



Frasco-ampola de vacina liofilizada

bolhas. Caso haja a formação de bolhas, aguardar o desaparecimento das mesmas para dar seguimento aos próximos passos.

9. Retraia um pouco o conjunto agulha/seringa de forma com que a ponta da agulha não encoste no líquido e retire o sistema agulha/seringa do frasco de vacina reconstituída. Gire o frasco suavemente, com movimentos circulares, para promover a homogeneização.
10. Deixe o frasco em descanso em uma bandeja ou cuba rim, sobre a bancada de preparo, até que a solução fique límpida, o que pode ocorrer de 30-60 segundos. Não coloque de volta na caixa térmica ou câmara fria.



Vacina reconstituída

11. Com o conjunto de seringa 1mL/agulha 13x4,5 retire todo o volume da solução da vacina reconstituída até que apareça uma bolha de ar na seringa.
12. Promova pequenas batidas na lateral da seringa para fazer com que a bolha de ar suba e expulse-a até que uma pequena quantidade de líquido seja formada no topo da agulha.
13. QDENG A está pronta para a administração por injeção subcutânea e deve ser imediatamente administrada após a reconstituição.


Apresentação	Reconstituição	Seringas e agulhas	Imagem
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remova os lacres de proteção do frasco-ampola da vacina e limpe a superfície da tampa de borracha do topo do frasco-ampola utilizando um algodão seco 		

1 frasco-ampola com pó liofilizado+1 seringa preenchida com diluente (0,5mL)+2 agulhas




Frasco-ampola de vacina liofilizada

- Encaixe a agulha calibre 23 (azul) à seringa preenchida, e insira a agulha no frasco da vacina.
- Direcione o fluxo do diluente para a lateral do frasco enquanto pressiona o êmbolo lentamente para reduzir a chance de formação de bolhas.



Vacina reconstituída

- Retire o dedo do êmbolo e, enquanto segura o conjunto encaixado em uma superfície plana, gire suavemente o frasco em ambas as direções com a agulha encaixada na seringa.
- NÃO AGITE. Pode haver formação de espuma e bolhas no produto reconstituído.
- Deixe o frasco e a seringa encaixada em descanso por algum tempo até que a solução fique límpida. Isso leva cerca de 30-60 segundos.



Vacina reconstituída

- Retire todo o volume da solução de QDENGGA reconstituída com a mesma seringa até que apareça uma bolha de ar na seringa.
- Retire o conjunto de agulha e seringa do frasco.
- Segure a seringa com a agulha apontando para cima, bata na lateral da seringa para fazer com que a bolha de ar suba, descarte a agulha encaixada e a substitua pela agulha calibre 25 (amarela), e expulse a bolha de ar até que uma pequena quantidade de líquido seja formada no topo da agulha.
- QDENGGA está pronta para a administração por injeção subcutânea e deve ser imediatamente administrada após a reconstituição.

Seringa da apresentação

Agulha calibre 23 para reconstituição (Azul)

Agulha calibre 25 para administração (Amarela)



2. Destacamos que para reconstituição deve ser utilizado apenas o diluente fornecido com a vacina. Finalizada a reconstituição, a solução resultante deve ser límpida, incolor a amarelo clara, e essencialmente livre de partículas estranhas, nessa situação ou em qualquer outra suspeita de desvio de qualidade, deverá ser realizada a comunicação da queixa técnica em formulário eletrônico, conforme descrito na nota Técnica N.º 8/2024 - SES/SVS/DIVEP/GRF (132690497).

3. Faz-se necessária a ampla divulgação do presente documento a todos os estabelecimentos com serviço de vacinação do Distrito Federal.

4. Esta Gerência coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, por meio dos telefones: (61) 3449- 4445 ou 3449-4447 e/ou e-mail: grf.divep@saude.df.gov.br.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA LUIZA DE SOUZA PEREIRA - Matr.1657743-4, Gerente de Rede de Frio**, em 03/05/2024, às 14:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **139984756** código CRC= **990F8F27**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.saude.df.gov.br

00060-00231152/2024-14

Doc. SEI/GDF 139984756